

## 電動輪椅使用守則



### 使用者基本要求

1. 使用者必須具備能夠安全操作電動輪椅的體格、認知能力和應變力。患有視覺或智力障礙人士，請先徵詢醫生或治療師意見。
2. 使用者必須有能力保持軀幹平衡，並能抵受凹凸路面的顛簸。軀幹肌肉強度不足時，應考慮佩帶合適的安全帶，或使用合適的身體承托系統，如背墊、側身墊等。
3. 有頸部控制問題的使用者，如在輪椅倒後開行時不能監察左右及後方環境的情況，需尋求治療師的建議，加裝合適的倒後鏡。
4. 使用者必須接受治療師的適當訓練，對室內及戶外駕駛電動輪椅的技術有充份掌握，能夠操作輪椅安全地上落路邊石駁位，克服崎嶇路面，應付突發情況及遵守道路安全使用守則，方可獨自以電動輪椅作戶外活動。



### 基本駕駛技巧

1. 過馬路前應放慢速度，或停在路邊等候，以觀察路面情況。
2. 留心路面交通變化，切勿冒險橫過馬路。
3. 遵守交通燈指示。
4. 以安全速度在最短的時間橫過馬路，以免阻礙交通或引起危險。
5. 留意路面情況，遇有人多或路面不平的地方，應減慢車速。
6. 重新啟動輪椅前應檢查所訂車速，避免因車速太快引致意外。

### 服務申請及查詢

 復康專科及資源中心

 九龍紅磡香港理工大學育才道S座地下  
 電話：23642345  傳真：27645038

 電郵：admin@rehabaidsociety.org.hk

 網頁：www.rehabaid.org

## 上落路旁石階

使用者應盡量利用路邊下斜路緣上落路旁。如要使用輪椅上落沒有斜位的路旁邊石，應先徵詢職業治療師的意見，以便在可行的條件下進行上落石駁位的訓練，確保掌握相關的安全駕駛技巧。



## 使用斜坡

1. 登上斜坡時，應把電動輪椅停住，控制桿盡量推前，轉彎時則向左或右移動。
2. 如上斜途中需要停下，於再啟動輪椅時要慢速漸進，必要時俯前上身，以免前輪離地。
3. 走下斜坡時，切勿讓電動輪椅超越平地速度，應慢駛而下。如果有失控迹象應立即將手移離控制桿，以剎停輪椅。當輪椅重新啟動及加速後，應保持安全平穩速度下斜坡，不要令下斜速度過急。

## 使用升降機

1. 輪椅人士使用升降機前要確保有足夠進出空間，以免發生碰撞。
2. 輪椅使用者與其他人士共用升降機時，要互相禮讓。
3. 因應環境以較慢的安全車速進出升降機。
4. 如需要後退進出升降機，應小心翼翼，兩邊檢查，以防撞到他。

## 安全配套

電動輪椅應該有以下裝置，確保個人及其他道路使用者的安全：

1. 輪椅的右方應該有一盞黃色或白色的車頭燈。
2. 輪椅後方應該有兩盞紅色車尾燈。
3. 輪椅後方應該有兩幅紅色反光板。
4. 輪椅應該有響號。

經常檢查以上的裝置，確保輪椅性能良好。

